

Betjening af alarmpanel for Kemiskab LV917-GIRA

Alarmpanelet viser i displayet luften i Punktsuget 0 – 100 %

Ved korrekt luftmængde lyser grøn lysdiode i OK felt.

Ved utilstrækkelig luftmængde gives alarm:

Displayet blinker

Grøn lysdiode slukker

Rød lysdiode blinker

Der gives akustisk (lyd) alarm.

Akustisk alarm kan afstilles ved tryk på lydnap.

