



Bilag til pkt. 8 på Arbejdsmiljøudvalgsmøde d 7. december 2023

Meddelelser:

1. Orientering om en nærvæd ulykke, hvor to medarbejdere forsøger at hente et 50ml rør, der er faldet ud af kurven og ned i bunden af en Cryo2-LN 2 tank. Medarbejderne konstruerede i samarbejde med værktøjet en hulske på et langt rør for at kunne nå ned i bunden af tanken. Da de prøver at anvende "værktøjet", sprøjtes en større mængde LN2 direkte i hovedet på den ene medarbejder. Medarbejderen bar ansigtsskjold og handsker og kom derfor ikke til skade. Efterfølgende valgte man at tømme tanken helt for LN2 og fik så fat i prøven.
2. Orientering om anmeldelse af en arbejdsulykke, hvor en medarbejder pipetterede med E-coli. Medarbejderen stak sig i hånden på pipetten og fik et sår, som blødte. Medarbejderen opsøgte egen læge og fik en vaccine. Ingen sygedage til følge.